



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Διεύθυνση: Αν. Τσόχα 16

Ταχ. Κώδικας: 115 21

Πληροφορίες: Β. ΣΕΡΑΪΔΑΡΗ

Τηλέφωνο: 210 6479233

E-mail: support.gcsf@aaade.gr

Έγκριση δαπάνης:

30/002/000/3997/2025

(ΑΔΑΜ: 25REQ016820424, ΑΔΑ: 63ΣΝ46ΜΠ3Ζ-ΙΟ3)

ΕΑΔ: 2025/158

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εργαστηριακών μηχανικών σιφωνίων και ρυγχών για τις ανάγκες των εργαστηρίων του ΓΧΚ, με τη διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης	
Αναθέτουσα Αρχή:	Γενικό Χημείο του Κράτους, Αν. Τσόχα 16, ΤΚ 115 21 Αθήνα, ΤΗΛ. 210 64 79 000
ΚΑΕ	1229.«Προμήθεια μέσωσν επιστημονικών εργασιών που δεν κατονομάζονται ειδικά»
CPV :	38437000-7«Εργαστηριακά Σιφώνια (Πιπέτες) και Εξαρτήματα»
Κριτήριο Ανάθεσης:	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής
Προϋπολογισθείσα δαπάνη:	ΣΥΝΟΛΟ: 37.200,00€ (30.000,00€ πλέον ΦΠΑ 7.200,00€)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:	06/06/2025
Διάρκεια ισχύος προσφορών:	180 μέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή των προσφορών.

1. Αντικείμενο προμήθειας και προϋπολογισμός

Το Γενικό Χημείο του Κράτους προκηρύσσει πρόσκληση υποβολής προσφορών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια εργαστηριακών μηχανικών σιφωνίων και ρυγχών, για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Γ.Χ.Κ., με τη διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ (37.200,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%) (30.000,00€ πλέον ΦΠΑ 7.200,00€) και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α. οικονομικού έτους 2025(ΚΑΕ 1229).

Ο προϋπολογισμός κατανέμεται ως εξής:

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜΑΧΙΟ)	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€ ΜΕ ΦΠΑ)
1	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ (αυτόματη πιπέτα αναρρόφησης πολλαπλών εγχύσεων)	1	530,00	657,20
2	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ (Μεταβλητού όγκου 0,5-5ml)	9	3.150,00	3.906,00

ΥΧ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Σελίδα 1/20

ΕΝΤΥΠΟ: ΕΝΤ 02 00 8.01 02/Έκδοση 4/

ΓΧΚ, Τμήμα Σχεδιασμού και Ποιότητας

Ημ/νία Έκδοσης : 07/02/2025

3	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ (Μεταβλητού όγκου 0.25-2.5ml)	2	680,00	843,20
4	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ (Μεταβλητού όγκου 100-1000μl)	17	5.610,00	6.956,40
5	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ (Μεταβλητού όγκου 100-500ml)	2	860,00	1066,40
6	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ (Μεταβλητού όγκου 10-50μl)	1	430,00	533,20
7	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ (Μεταβλητού όγκου 10-100 μl)	8	2.640,00	3.273,60
8	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ (Μεταβλητού όγκου 1-10ml)	4	1.400,00	1.736,00
9	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ (Μεταβλητού όγκου 200-1000μl)	4	1.720,00	2.132,80
10	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ (Μεταβλητού όγκου 20-100μl)	1	420,00	520,80
11	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ (Μεταβλητού όγκου 20-200 μl)	4	1.320,00	1.636,80
12	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ (Μεταβλητού όγκου 2-20μl)	3	990,00	1.227,60
13	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ (Ψηφιακή προχοΐδα)	1	880,00	1.091,20
14	Ρύγχη για πολυκανάληπιπέτα	60	600,00	744,00
15	Ρύγχη με φίλτρο 100-1000 μl	40	400,00	496,00
16	Ρύγχη με φίλτρο 20-200 μl	40	400,00	496,00
17	Ρύγχη με φίλτρο φίλτρο 2-30 μl	60	600,00	744,00
18	Ρύγχη με φίλτρο 5 - 100 μl	30	300,00	372,00
19	Ρύγχη πιπέταςEppendorf, 1 – 10 mL	30	1.830,00	2.269,20
20	Ρύγχηπιπέτας Eppendorf, epTIPS Standard, 0.5 to 10 ml	1	72,00	89,28
21	Ρύγχηπιπέτας Eppendorf, epT.I.P.S., racks, 0.2 to 5 ml	1	88,00	109,12
22	Ρύγχη πιπέταςEppendorf, 50 – 1000 μL	15	600,00	744,00
23	Ρύγχη πιπέταςEppendorf, 2 – 200 μL	11	440,00	545,60
24	Ρύγχη 0-10 μlπιπέτας	5	200,00	248,00
25	Ρύγχη 100-1000 μlπιπέτας	20	240,00	297,60
26	Ρύγχη1-10 mlπιπέτας	20	600,00	744,00
27	Ρύγχη πιπέτας Eppendorf, 0.1 – 5 mL	7	560,00	694,40
28	Ρύγχη πλαστικά 0.5- 5 mlπιπέτας	1	120,00	148,80
29	Ρύγχη πλαστικά 5-200 μlπιπέτας	16	320,00	396,80
30	Ρύγχη πιπέτας γυάλινα 10- 200μl	20	800,00	992,00
31	Ρύγχη πιπέτας γυάλινα 10- 50 μl	20	800,00	992,00
32	Ρύγχη πιπέτας γυάλινα 5- 25 μl	10	400,00	496,00

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α'.

Η προσφορά μπορεί να υποβάλλεται για ένα ή για περισσότερα ή για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών. Σε κάθε περίπτωση, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της ποσότητας του είδουςπου προσφέρουν.

2. Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, συνεταιρισμοί καθώς και ενώσεις ή κοινοπραξίες οικονομικών φορέων που νόμιμα ασχολούνται με την εκτέλεση αντίστοιχων με το αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης εργασιών, όπως αυτές περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α' και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία Επιμελητήρια.

3. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών

Οι οικονομικοί φορείς, καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση support.gcsf@aade.gr. Το θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος θα είναι:

ΠΡΟΣΦΟΡΑΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΙΦΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΡΥΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΧΚ (30/002/000/4418/2025 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)

Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι και την 06/06/2025.

Η ημερομηνία αποστολής των προσφορών αποδεικνύεται με αποδεικτικό αποστολής/παραλαβής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε κάθε περίπτωση, οι προσφορές θα πρέπει να έχουν παραληφθεί ηλεκτρονικά πριν ή και κατά την καταληκτική ημερομηνία.

3.1 Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς

Η προσφορά θα περιλαμβάνει:

α) Συμπληρωμένο από τον συμμετέχοντα το ΕΝΤΥΠΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του Παραρτήματος Β της παρούσας, υπογεγραμμένο (ψηφιακά) από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.

β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ. (ψηφιακά υπογεγραμμένη)

Διευκρίνιση:

Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.

Η απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο και αφορά στους παρακάτω:

- Τους διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., και Ι.Κ.Ε.
- Τον Πρόεδρο του ΔΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.
- Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του.
- Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών ή κοινοπραξία, η δήλωση γίνεται από κάθε μέλος, που συμμετέχει σε αυτήν.

γ) Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα σε ισχύ, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

δ) Νομιμοποιητικά έγγραφα εταιρίας.

Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους.

Οι προσφέροντες θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της πρόσκλησης και δεν δύνανται, με την προσφορά τους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσουν ευθέως ή εμμέσως τους όρους αυτούς.

Μετά από αίτημα της Υπηρεσία τα στοιχεία των προσφορών είναι δυνατόν να τύχουν περαιτέρω διευκρινήσεων.

4. Ισχύς προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για **εκατόν ογδόντα(180) ημέρες** από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

5. Τιμές

Στις τιμές χωρίς ΦΠΑ θα περιλαμβάνονται:

- Η αξία των προσφερόμενων ειδών σε ευρώ και το κόστος παράδοσή τους.
- Όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και δασμοί, τέλη, καθώς και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις ή άλλες αμοιβές και επιβαρύνσεις.

Εάν μετά την ημερομηνία της πρόσκλησης επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάμενοι, το ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους λογαριασμούς του αναδόχου.

6. Ειδικοί όροι

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε ανάδοχοι υποχρεούνται να τα παρέχουν.

Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς.

Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

7. Αξιολόγηση προσφορών- ανάθεση

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (προ ΦΠΑ), κάθε είδους.

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας αποδεκτών ισότιμων προσφορών, η ανάθεση γίνεται με κλήρωση μεταξύ των υποψήφιων αναδόχων που μειοδότησαν.

Επιπλέον η Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα για ματαίωση της διαδικασίας και την επανάληψή της με τροποποίηση ή μη των όρων. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν καμιά οικονομική απαίτηση σε τέτοια περίπτωση.

Ο ανάδοχος θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση με το Γ.Χ.Κ. εφόσον η αξία της προμήθειας του Τμήματος που του ανατίθεται ξεπερνά τις 2.500,00 € (προ Φ.Π.Α.).

Σύμφωνα με το άρθρο 105 του ν.4412/2016, όπως ισχύει, η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από εισήγηση του αρμοδίου οργάνου και λόγω αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών, δύναται να κατακυρώσει στον μειοδότη έως 20% επιπλέον ποσότητα των υπό προμήθεια ειδών, υπό την προϋπόθεση μη υπέρβασης του συνολικού προϋπολογισμού της παρούσας πρόσκλησης.

Εάν απαιτηθεί υπογραφή σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, που να καλύπτει το 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ (άρθρο 72, ν. 4412/2016). Επισημαίνεται ότι η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή Σύμβασης πρέπει να είναι μεγαλύτερη κατά τουλάχιστον δύο (2) μήνες από τον συμβατικό χρόνο.

8. Παράδοση – παραλαβή

Η υλοποίηση της προμήθειας θα γίνει εντός **τριών (3) μηνών** από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης των σχετικών συμβάσεων στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ ή της κοινοποίησης της Απόφασης Ανάθεσης στον Ανάδοχο στην περίπτωση που δεν υπογράφεται Σύμβαση.

Η υλοποίηση περιλαμβάνει την παράδοση των ειδών κατόπιν συνεννόησης με τις Χημικές Υπηρεσίες για τις οποίες προορίζονται, όπως προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση.

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης στον χώρο των εγκαταστάσεων για τις οποίες προορίζεται και συγκεκριμένα στις παρακάτω διευθύνσεις:

Υπηρεσία	Διεύθυνση	Υπεύθυνος Επικοινωνίας/ Προϊστάμενος Χ.Υ.	Τηλέφωνο	E-mail
Α' ΧΥ Αθηνών (NUTS:EL303)	Αν. Τσόχα 16, Τ.Κ. 11521, Αμπελόκηποι	Ι.Γαρδίκης	2106479337	a_athens.gcsI@aade.gr
Β' ΧΥ Αθηνών (NUTS:EL303)	Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 19200, Ελευσίνα	Ε.Λαμπή	2106479261	b_athens.gcsI@aade.gr
Χ.Υ. Πειραιά (NUTS:EL307)	Ακτή Κονδύλη 32, Τ.Κ. 18510, Πειραιάς	Κ. Παπαδοπούλου	213 2118121	piraeus.gcsI@aade.gr
Χ.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας – Θεσσαλονίκη (NUTS:EL522)	Ν. Βότση 1, Τ.Κ. 54625, Θεσσαλονίκη	Π. Ταραντίλη	2313 336661 2313336657 2313 336637 2313336628	cenmac.gcsI@aade.gr
Χ.Υ. Σερρών (NUTS:EL526)	Τέρμα Άνδρου, Τ.Κ. 62100, Σέρρες	Κ. Κύδρος	23210 45367 23213 56100	serres.gcsI@aade.gr
Χ.Υ. Αν. Μακεδονίας & Θράκης- Αυτ. Γρ. Χ.Υ. Ξάνθης (NUTS: EL512)	Μεσολογίου 13, Τ.Κ. 67132, Ξάνθη	Αικ. Παπαδοπούλου	25413 53616	xanthi.gcsI@aade.gr

ΥΧ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Σελίδα 4/20

ΕΝΤΥΠΟ:ΕΝΤ 02 00 8.01 02/Έκδοση 4/

ΓΧΚ, Τμήμα Σχεδιασμού και Ποιότητας

Ημ/νία Έκδοσης : 07/02/2025

Χ.Υ. Πελοποννήσου, Δ. Ελλάδας & Ιονίου (Πάτρα) (NUTS: EL632)	Α. Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθα, Τ.Κ. 26443, Πάτρα	Π. Σωτηρίου	2610 336786 2613 622520	peloponnese.gcs@aaade.gr
Χ.Υ. Πελοποννήσου, Δ. Ελλάδας & Ιονίου - Τμ. Χ.Υ. Κορίνθου (NUTS: EL652)	Αγ. Παύλου 23, Τ.Κ. 20100, Κόρινθος	Ε. Γιαννημάρας	27410 24739 27413 64100	korinthos.gcs@aaade.gr
Χ.Υ. Κρήτης, Αυτοτελής (Ηράκλειο) (NUTS:EL431)	Επιμενίδου 19, Τ.Κ. 711 10, Ηράκλειο	Ι. Τσίγκος	2810 225242 2813 412104	crete.gcs@aaade.gr
Χ.Υ. Αιγαίου- Τμήμα Χ.Υ. Ρόδου (NUTS:EL421)	Πλ. Γαβριήλ Χαρίτου 17, Τ.Κ. 85100, Ρόδος	Β. Μάτσης	22410 77933 22413 63900	rhodes.gcs@aaade.gr
Χ.Υ. Αιγαίου- Τμήμα Χ.Υ. Μυτιλήνης (NUTS:EL411)	Πλατεία Τελωνείου, Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη	Α. Γαβριήλ	22510 28615 22513 54500	mytilene.gcs@aaade.gr
Χ.Υ. Αιγαίου- Αυτοτελής Γραφείο Χ.Υ. Σάμου (NUTS:EL412)	Παύλου Κουντουριώτη (δίπλα στο Τελωνείο), Τ.Κ. 83100, Σάμος	Φ. Σαμίου	27530 27590 22733 53800	samos.gcs@aaade.gr
Χ.Υ. Αιγαίου - Αυτοτελής Γραφείο Χ.Υ. Χίου (NUTS:EL413)	Ασωμάτων 10, Τ.Κ. 82100, Χίος	Α. Κάργα	22710 44218	chios.gcs@aaade.gr

Οι αρμόδιες Επιτροπές Παραλαβής συντάσσουν πρωτόκολλο-πρακτικό παραλαβής (ΕΝΤΥΠΟ 02 00 8.01 18) για τα είδη που παρέλαβαν **εντός δέκα (10) ημερών** από την παράδοσή τους, με βάση τον ποσοτικό και ποιοτικό του έλεγχο.

Επιπρόσθετα για τα είδη θα εκδίδεται δελτίο αποστολής του αναδόχου, στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός Σύμβασης, ο ΚΑΕ 1229 και ο αριθμός πρωτοκόλλου της Απόφασης Ανάθεσης.

Η Επιτροπή Παραλαβής διαβιβάζει το πρωτόκολλο παραλαβής (εις διπλούν) στη Δ/νση Σχεδιασμού & Υποστήριξης Εργασιών και το κοινοποιεί στον προμηθευτή, ο οποίος προβαίνει στην έκδοση του σχετικού παραστατικού, με βάση το οποίο θα γίνει η πληρωμή.

Οι ανάδοχοι υποχρεούνται να εκδώσουν ηλεκτρονικά τιμολόγια, που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων.

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται στα στοιχεία:

- ΑΑΔΕ – ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, Δ/νση Αν. Τσόχα 16, ΤΚ 115 21, Αθήνα,
- Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.): 997073525
- Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης ΑΑΗΤ: 1024.801000000.0005

Στο τιμολόγιο θα πρέπει να δίνεται η περιγραφή των ειδών και να αναγράφονται:

- ο αριθμός ΑΔΑ της Έγκρισης δαπάνης (63ΣΝ46ΜΠ3Ζ-ΙΟ3)
- ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης: 30/002/000/4418/2025
- ο ΚΑΕ: 1229
- ο κωδικός CPV: 38437000-7
- ο αριθμός ΑΔΑΜ της Σύμβασης ή της Απόφασης Ανάθεσης (αν δεν έχει υπογραφεί σύμβαση).

Επίσης, είτε στο τιμολόγιο είτε σε συνοδευτικό έγγραφο του τιμολογίου θα πρέπει να αντιστοιχείται το είδος με τον α/α, όπως αυτός αναγράφεται στον πίνακα του Παραρτήματος Α ή/και στη σύμβαση.

Η παραλαβή καθώς και τυχόν παράταση, διενεργούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 4412/2016.

9. Πληρωμή

Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών θα πραγματοποιηθεί με την παραλαβή από την Υπηρεσία των τιμολογίων και των σχετικών Πρωτοκόλλων οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των ειδών, εντός 60 ημερών, με έμβασμα στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου σε βάρος του Προϋπολογισμού του Ε.Τ.Ε.Π.Α.Α., οικονομικού έτους 2025, ΚΑΕ 1229.

Η πληρωμή θα γίνεται μόνο μετά την προσκόμιση βεβαίωσης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη του αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας καθώς και οι νόμιμες κρατήσεις που τον βαρύνουν, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α που βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο.

Υπέρ τρίτων κρατήσεις:

- Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
- Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.

Στην καθαρή αξία θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4%.

Εάν μετά την ημερομηνία της δημοσίευσης της πρόσκλησης επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάμενοι, το ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους λογαριασμούς του αναδόχου.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

1. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
2. Έγγραφο της τράπεζας στην οποία ο ανάδοχος επιθυμεί να γίνεται η πληρωμή και στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός IBAN.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις περί Κρατικών Προμηθειών.

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. στην διεύθυνση <http://www.aade.gr/prokiryeis-diagonismoι> και στην διεύθυνση <http://www.aade.gr/gcsl>.

**Με εντολή Διοικητή
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ.Χ.Κ.**

ΣΟΦΙΑ ΖΗΣΗ

Συνημμένα:

1. Παράρτημα Α': ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
2. Παράρτημα Β': ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
3. Παράρτημα Γ': ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Κοινοποίηση:

1. Α' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ
2. Β' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ
3. Χ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ
4. Χ.Υ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5. Χ.Υ. ΣΕΡΡΩΝ
6. Χ.Υ. ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ-ΑΥΤ.ΓΡ.Χ.Υ.ΞΑΝΘΗΣ
7. Χ.Υ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,Δ.ΕΛΛΑΔΑΣ &ΙΟΝΙΟΥ-ΠΑΤΡΑ
8. Χ.Υ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,Δ.ΕΛΛΑΔΑΣ &ΙΟΝΙΟΥ-ΤΜ.Χ.Υ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ
9. Χ.Υ. ΚΡΗΤΗΣ, ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
10. Χ.Υ. ΑΙΓΑΙΟΥ-ΤΜΗΜΑ Χ.Υ. ΡΟΔΟΥ
11. Χ.Υ. ΑΙΓΑΙΟΥ-ΤΜΗΜΑ Χ.Υ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
12. Χ.Υ.ΑΙΓΑΙΟΥ-ΑΥΤ.ΓΡ.Χ.Υ.ΣΑΜΟΥ
13. Χ.Υ.ΑΙΓΑΙΟΥ-ΑΥΤ.ΓΡ.Χ.Υ. ΧΙΟΥ

ΥΧ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Σελίδα 6/20

ΕΝΤΥΠΟ:ΕΝΤ 02 00 8.01 02/Εκδοση 4/

ΓΧΚ, Τμήμα Σχεδιασμού και Ποιότητας

Ημ/νία Έκδοσης : 07/02/2025

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους
2. Διεύθυνση Σχεδιασμού & Υποστήριξης Εργαστηρίων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

της υπ' αριθμό 30/002/000/4418/2025. Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την προμήθεια εργαστηριακών μηχανικών σιφωνίων και ρυγχών για τις ανάγκες εργαστηρίων του ΓΧΚ.

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ανά τεμάχιο (€, προ ΦΠΑ)	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ (€, προ ΦΠΑ)
1	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ	Αυτόματη πιπέτα αναρρόφησης πολλαπλών εγχύσεων, η οποία δηλαδή έχει τη δυνατότητα με ανάλογη ρύθμιση, να εγχύει τον συνολικό όγκο δείγματος που απορρόφησε, σε περισσότερες της μία δόσεις- εγχύσεις ίσου όγκου από 1μL έως 10mL. Να διαθέτει μετρητή επαναλήψεων (stepcounter). Να μπορεί να δεχθεί διαφορετικά ρύγχη που να καλύπτουν όγκους 1 μL–10 mL. Να συνοδεύεται από ακροφύσια (tips) μιας χρήσης όγκου έως 5ml (πακέτο 100 τεμαχίων) του ίδιου κατασκευαστικού οίκου. Να φέρει εγγύηση ενός έτους από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Αυτόματη πιπέτα αναρρόφησης πολλαπλών εγχύσεων, η οποία δηλαδή έχει τη δυνατότητα με ανάλογη ρύθμιση, να εγχύει τον συνολικό όγκο δείγματος που απορρόφησε, σε περισσότερες της μία δόσεις- εγχύσεις ίσου όγκου από 1μL έως 10mL. Να διαθέτει μετρητή επαναλήψεων (stepcounter). Να μπορεί να δεχθεί διαφορετικά ρύγχη που να καλύπτουν όγκους 1 μL–10 mL. Να συνοδεύεται από ακροφύσια (tips) μιας χρήσης όγκου έως 5ml (πακέτο 100 τεμαχίων) του ίδιου κατασκευαστικού οίκου. Να φέρει εγγύηση ενός έτους από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Αυτόματη πιπέτα αναρρόφησης πολλαπλών εγχύσεων, η οποία δηλαδή έχει τη δυνατότητα με ανάλογη ρύθμιση, να εγχύει τον συνολικό όγκο δείγματος που απορρόφησε, σε περισσότερες της μία δόσεις- εγχύσεις ίσου όγκου από 1μL έως 10mL. Να διαθέτει μετρητή επαναλήψεων (stepcounter). Να μπορεί να δεχθεί διαφορετικά ρύγχη που να καλύπτουν όγκους 1 μL–10 mL. Να συνοδεύεται από ακροφύσια (tips) μιας χρήσης όγκου έως 5ml (πακέτο 100 τεμαχίων) του ίδιου κατασκευαστικού οίκου. Να φέρει εγγύηση ενός έτους από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.	τεμάχιο	1	Β ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Α (1)	530,00	530,00

ΥΧ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Σελίδα 8/20

ΕΝΤΥΠΟ: ΕΝΤ 02 00 8.01 02/Εκδοση 4/

ΓΧΚ, Τμήμα Σχεδιασμού και Ποιότητας

Ημ/νία Έκδοσης : 07/02/2025

2	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ	Μεταβλητού όγκου 0,5-5ml κατάλληλη για υδατικά κλπ συναφή διαλύματα, με βήμα ρύθμισης 5 μ L, ακρίβεια $\max\text{vol}(\leq \pm R\%)0.6$, επαναληψιμότητα $\max\text{vol}(\leq \text{CV}\%) 0.15$. Να συμμορφώνεται με το ISO 8655 ως προς την ακρίβεια και την πιστότητα. Να συνοδεύεται από σχετικό πιστοποιητικό. Να συνοδεύεται από τα κατάλληλα ακροφύσια (tips) μιας χρήσης (πακέτο 500 τεμαχίων) του ίδιου κατασκευαστικού οίκου. Να φέρει εγγύηση ενός έτους από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.	τεμάχιο	9	1) Α ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β (1) 2) Α ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ (1) 3) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (1) 4) ΧΥ ΠΕΛ/ΣΟΥ Δ.ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (1) 5) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ (1) 6) Β ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ (4)	350,00	3.150,00
3	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ	Μεταβλητού όγκου 0.25-2.5ml κατάλληλη για υδατικά κλπ συναφή διαλύματα, με βήμα ρύθμισης 2 μ L, ακρίβεια $\max\text{vol}(\leq \pm R\%)0.6$, επαναληψιμότητα $\max\text{vol}(\leq \text{CV}\%) 0.2$. Να συμμορφώνεται με το ISO 8655 ως προς την ακρίβεια και την πιστότητα. Να συνοδεύεται από σχετικό πιστοποιητικό. Να συνοδεύεται από τα κατάλληλα ακροφύσια (tips) μιας χρήσης (πακέτο 500 τεμαχίων) του ίδιου κατασκευαστικού οίκου. Να φέρει εγγύηση ενός έτους από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.	τεμάχιο	2	1) ΧΥ ΠΕΛ/ΣΟΥ Δ.ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ (1) 2) Α ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β (1)	340,00	680,00
4	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ	Μεταβλητού όγκου 100-1000ml κατάλληλη για υδατικά κλπ συναφή διαλύματα, με βήμα ρύθμισης 1 μ L, ακρίβεια $\max\text{vol}(\leq \pm R\%)0.6$, επαναληψιμότητα $\max\text{vol}(\leq \text{CV}\%) 0.2$. Να συμμορφώνεται με το ISO 8655 ως προς την ακρίβεια και την πιστότητα. Να συνοδεύεται από σχετικό πιστοποιητικό. Να συνοδεύεται από τα κατάλληλα ακροφύσια (tips) μιας χρήσης (πακέτο 1000 τεμαχίων) του ίδιου κατασκευαστικού οίκου. Να φέρει εγγύηση ενός έτους από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.	τεμάχιο	17	1) ΧΥ ΠΕΛ/ΣΟΥ Δ.ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ (1) 2) Α ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β (1) 3) Α ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ (1) 4) Β ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ (1) 5) ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (3) 6) Α ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ (1) 7) ΧΥ ΠΕΛ/ΣΟΥ Δ.ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (1) 8) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΥΤ.ΓΡ. ΧΥ ΧΙΟΥ (1) 9) ΧΥ ΚΡΗΤΗΣ (1) 10) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ (1) 11) Β ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ (4) 12) ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (1)	330,00	5.610,00

ΥΧ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Σελίδα 9/20

ΕΝΤΥΠΟ:ΕΝΤ 02 00 8.01 02/Έκδοση 4/

ΓΧΚ, Τμήμα Σχεδιασμού και Ποιότητας

Ημ/νία Έκδοσης : 07/02/2025

5	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ	Μεταβλητού όγκου 100-500μL, με ακρίβεια $\max\text{vol}(\leq \pm R\%)$ 0.5, επαναληψιμότητα $\max\text{vol}(\leq \text{CV}\%)$ 0.2. Να λειτουργούν με την αρχή της θετικής μετατόπισης, ώστε να είναι κατάλληλες για χειρισμό: • υγρών με ιξώδες έως 140.000 mm ² / sec (ανάλογα και με τον όγκο) π.χ. λάδια, ρητίνες και λίπη. • διαλυτών με υψηλή τάση ατμών έως 500mbar (αλκοόλες, αιθέρες, υδρογονάνθρακες κ.λπ.) • υλικών με υψηλή πυκνότητα έως 13,6 g / cm ³ (π.χ. υδράργυρος και θειικό οξύ) • υλικών που τείνουν να αφρίζουν (επιφανειοδραστικά διαλύματα). Να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε θερμοκρασίες από 15°C έως 40°C. Να συνοδεύεται από τα κατάλληλα ακροφύσια (tips) μιας χρήσης (πακέτο 10 τεμαχίων) .	τεμάχιο	2	1) ΧΥ ΣΕΡΡΩΝ (1) 2) ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (1)	430,00	860,00
6	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ	Μεταβλητού όγκου 10-50μL με ακρίβεια $\max\text{vol}(\leq \pm R\%)$ 0.6, επαναληψιμότητα $\max\text{vol}(\leq \text{CV}\%)$ 0.4. Να λειτουργούν με την αρχή της θετικής μετατόπισης, ώστε να είναι κατάλληλες για χειρισμό: • υγρών με ιξώδες έως 140.000 mm ² / sec (ανάλογα και με τον όγκο) π.χ. λάδια, ρητίνες και λίπη. • διαλυτών με υψηλή τάση ατμών έως 500mbar (αλκοόλες, αιθέρες, υδρογονάνθρακες κ.λπ.) • υλικών με υψηλή πυκνότητα έως 13,6 g / cm ³ (π.χ. υδράργυρος και θειικό οξύ) • υλικών που τείνουν να αφρίζουν (επιφανειοδραστικά διαλύματα). Να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε θερμοκρασίες από 15°C έως 40°C. Να συνοδεύονται από τα κατάλληλα ακροφύσια (tips) μιας χρήσης (πακέτο 1000 τεμαχίων) .	τεμάχιο	1	ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (1)	430,00	430,00
7	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ	Μεταβλητού όγκου 10-100 μl κατάλληλη για υδατικά κλπ συναφή διαλύματα, με βήμα ρύθμισης 0.1 μL, ακρίβεια $\max\text{vol}(\leq \pm R\%)$ 0.8, επαναληψιμότητα $\max\text{vol}(\leq \text{CV}\%)$ 0.2. Να συμμορφώνεται με το ISO 8655 ως προς την ακρίβεια και την πιστότητα. Να συνοδεύεται από σχετικό πιστοποιητικό. Να συνοδεύεται από τα κατάλληλα ακροφύσια (tips) μιας χρήσης (πακέτο 1000 τεμαχίων) του ίδιου κατασκευαστικού οίκου. Να φέρει εγγύηση ενός έτους από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.	τεμάχιο	8	1) Α ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β (1) 2) Α ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ (1) 3) Β ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ (1) 4) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΥΤ.ΓΡ. ΧΥ ΧΙΟΥ (1) 5) ΧΥ ΚΡΗΤΗΣ (1) 6) Β ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ (2) 7) ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (1)	330,00	2.640,00
8	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ	Μεταβλητού όγκου 1-10ml κατάλληλη για υδατικά κλπ συναφή διαλύματα, με βήμα ρύθμισης 10 μL, ακρίβεια $\max\text{vol}(\leq \pm R\%)$ 0.6, επαναληψιμότητα $\max\text{vol}(\leq \text{CV}\%)$ 0.15. Να συμμορφώνεται με το ISO 8655 ως προς την ακρίβεια και την πιστότητα. Να συνοδεύεται από σχετικό πιστοποιητικό. Να συνοδεύεται από τα κατάλληλα ακροφύσια (tips) μιας χρήσης (πακέτο 200 τεμαχίων) του ίδιου κατασκευαστικού οίκου. Να φέρει εγγύηση ενός έτους από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.	τεμάχιο	4	1) Α ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β (1) 2) Α ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ (1) 3) Β ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β (1) 4) ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (1)	350,00	1.400,00

ΥΧ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Σελίδα 10/20

ΕΝΤΥΠΟ:ΕΝΤ 02 00 8.01 02/Έκδοση 4/

ΓΧΚ, Τμήμα Σχεδιασμού και Ποιότητας

Ημ/νία Έκδοσης : 07/02/2025

9	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ	Μεταβλητού όγκου 200-1000μL με ακρίβεια $\max\text{vol}(\leq \pm R\%)$ 0.5, επαναληψιμότητα $\max\text{vol}(\leq \text{CV}\%)$ 0.2. Να λειτουργούν με την αρχή της θετικής μετατόπισης, ώστε να είναι κατάλληλες για χειρισμό: • υγρών με ιξώδες έως 140.000 mm ² / sec (ανάλογα και με τον όγκο) π.χ. λάδια, ρητίνες και λίπη. • διαλυτών με υψηλή τάση ατμών έως 500mbar (αλκοόλες, αιθέρες, υδρογονάνθρακες κ.λπ.) • υλικών με υψηλή πυκνότητα έως 13,6 g / cm ³ (π.χ. υδράργυρος και θειικό οξύ) • υλικών που τείνουν να αφρίζουν (επιφανειοδραστικά διαλύματα). Να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε θερμοκρασίες από 15°C έως 40°C. Να συνοδεύεται από τα κατάλληλα ακροφύσια (tips) μιας χρήσης (πακέτο 10 τεμαχίων) .	τεμάχιο	4	1) ΧΥ ΣΕΡΡΩΝ (2) 2) Β ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β (1) 3) ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (1)	430,00	1.720,00
10	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ	Μεταβλητού όγκου 20-100μL, με ακρίβεια $\max\text{vol}(\leq \pm R\%)$ 0.6, επαναληψιμότητα $\max\text{vol}(\leq \text{CV}\%)$ 0.4. Να λειτουργούν με την αρχή της θετικής μετατόπισης, ώστε να είναι κατάλληλες για χειρισμό: • υγρών με ιξώδες έως 140.000 mm ² / sec (ανάλογα και με τον όγκο) π.χ. λάδια, ρητίνες και λίπη. • διαλυτών με υψηλή τάση ατμών έως 500mbar (αλκοόλες, αιθέρες, υδρογονάνθρακες κ.λπ.) • υλικών με υψηλή πυκνότητα έως 13,6 g / cm ³ (π.χ. υδράργυρος και θειικό οξύ) • υλικών που τείνουν να αφρίζουν (επιφανειοδραστικά διαλύματα). Να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε θερμοκρασίες από 15°C έως 40°C. Να συνοδεύεται από τα κατάλληλα ακροφύσια (tips) μιας χρήσης (πακέτο 50 τεμαχίων) .	τεμάχιο	1	Β ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β (1)	420,00	420,00
11	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ	Μεταβλητού όγκου 20-200 μl κατάλληλη για υδατικά κλπ συναφή διαλύματα, με βήμα ρύθμισης 0.2 μL, ακρίβεια $\max\text{vol}(\leq \pm R\%)$ 0.6, επαναληψιμότητα $\max\text{vol}(\leq \text{CV}\%)$ 0.2. Να συμμορφώνεται με το ISO 8655 ως προς την ακρίβεια και την πιστότητα. Να συνοδεύεται από σχετικό πιστοποιητικό. Να συνοδεύεται από τα κατάλληλα ακροφύσια (tips) μιας χρήσης (πακέτο 1000 τεμαχίων) του ίδιου κατασκευαστικού οίκου. Να φέρει εγγύηση ενός έτους από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.	τεμάχιο	4	1) Α ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β (1) 2) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ (1) 3) Β ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Α (1) 4) ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (1)	330,00	1.320,00
12	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ	Μεταβλητού όγκου 2-20μl κατάλληλη για υδατικά κλπ συναφή διαλύματα, με βήμα ρύθμισης 0,02μL, ακρίβεια $\max\text{vol}(\leq \pm R\%)$ 1.0, επαναληψιμότητα $\max\text{vol}(\leq \text{CV}\%)$ 0.3. Να συμμορφώνεται με το ISO 8655 ως προς την ακρίβεια και την πιστότητα. Να συνοδεύεται από σχετικό πιστοποιητικό. Να συνοδεύεται από τα κατάλληλα ακροφύσια (tips) μιας χρήσης (πακέτο 1000 τεμαχίων) του ίδιου κατασκευαστικού οίκου. Να φέρει εγγύηση ενός έτους από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.	τεμάχιο	3	1) ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (1) 2) ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (1) 3) Α ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β (1)	330,00	990,00
13	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ	Ψηφιακή προχοΐδα (Digital Burette) Υποδιαίρεση: 0,01 ml, Ακρίβεια: $\pm 0,03$ ml. Μέγεθος σπειρώματος: GL45. Με περιστρεφόμενη βαλβίδα για ασφάλεια.	τεμάχιο	1	ΧΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ- ΑΥΤ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΞΑΝΘΗΣ	880,00	880,00
14	Ρύγχη για πολυκ/αληπιπέτα	Ρύγχη 5-300 μl , κατάλληλα για την πολυκάναλη πιπέτα Thermo Scientific Finnpiette FP-digital MCP12 (50-300 μl) και FP-focus MCP8 (30-300 μl).	rack των 96 τεμαχίων	60	Α ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β (60)	10,00	600,00

ΥΧ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Σελίδα 11/20

ΕΝΤΥΠΟ:ΕΝΤ 02 00 8.01 02/Έκδοση 4/

ΓΧΚ, Τμήμα Σχεδιασμού και Ποιότητας

Ημ/νία Έκδοσης : 07/02/2025

15	Ρύγχη με φίλτρο	Ρύγχη με φίλτρο 100-1000 μl για αυτόματη πιπέτα GILSON αποστειρωμένα, DNase/RNasefree, με πιστοποίηση IVD και κατασκευασμένα σύμφωνα με το πρότυπο ISO 8655.	rack των 96 τεμαχίων	40	A XY ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β (40)	10,00	400,00
16	Ρύγχη με φίλτρο	Ρύγχη με φίλτρο 20-200 μl για αυτόματη πιπέτα GILSON αποστειρωμένα, DNase/RNasefree, με πιστοποίηση IVD και κατασκευασμένα σύμφωνα με το πρότυπο ISO8655.	rack των 96 τεμαχίων	40	A XY ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β (40)	10,00	400,00
17	Ρύγχη με φίλτρο	Ρύγχη με φίλτρο 2-30 μl για αυτόματη πιπέτα GILSON αποστειρωμένα, DNase/RNasefree, με πιστοποίηση IVD και κατασκευασμένα σύμφωνα με το πρότυπο ISO 8655.	rack των 96 τεμαχίων	60	A XY ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β (60)	10,00	600,00
18	Ρύγχη με φίλτρο	Ρύγχη με φίλτρο 5 - 100 μl για αυτόματη πιπέτα Gilson αποστειρωμένα, DNase/RNasefree, με πιστοποίηση IVD και κατασκευασμένα σύμφωνα με το ISO8655.	rack των 96 τεμαχίων	30	A XY ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β (30)	10,00	300,00
19	Ρύγχη πιπέτας	Ρύγχηγιαπιπέτα, Eppendorf, 1 – 10 mL, 120 mm, epT.I.P.S.* Standard, Eppendorf Quality™	πακέτο των 200 τεμαχίων	30	A XY ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β (30)	61,00	1.830,00
20	Ρύγχη πιπέτας	Ρύγχηγιαπιπέτα, Eppendorf, epTIPS Standard, 0.5 to 10 ml, length 165 mm, loose, packing - 2 bags of 100	πακέτο των 200 τεμαχίων	1	XY ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΥΤ.ΓΡ. XY ΣΑΜΟΥ (1)	72,00	72,00
21	Ρύγχη πιπέτας	Ρύγχηγιαπιπέτα, Eppendorf, epT.I.P.S., racks, 0.2 to 5 ml L, GLP version, 5 racks of 24 tips sterile	πακέτο των 5 X 24 racks	1	XY ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΥΤ.ΓΡ. XY ΣΑΜΟΥ (1)	88,00	88,00
22	Ρύγχη πιπέτας	Ρύγχηγιαπιπέτα, Eppendorf, 50 – 1000 μL, 71 mm, blue, blue tips, epT.I.P.S.* Standard, Eppendorf Quality™	πακέτο των 1000 τεμαχίων	15	1) XY ΠΕΙΡΑΙΑ (2) 2) XY ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (3) 3) XY ΠΕΛ/ΣΟΥ Δ.ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ (5) 4) A XY ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β (5)	40,00	600,00
23	Ρύγχη πιπέτας	Ρύγχηγιαπιπέτα, Eppendorf, 2 – 200 μL, 53 mm, yellow, yellow tips, epT.I.P.S.* Standard, Eppendorf Quality™	πακέτο των 1000 τεμαχίων	11	1) XY ΠΕΙΡΑΙΑ (2) 2) XY ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (3) 3) XY ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ XY ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (1) 4) B XY ΑΘΗΝΩΝ (1) 5) A XY ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β (4)	40,00	440,00
24	Ρύγχη πιπέτας	Ρύγχη 0-10 μl για πιπέτεςBrand	πακέτο των 1000 τεμαχίων	5	A XY ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β	40,00	200,00
25	Ρύγχη πιπέτας	Ρύγχη 100-1000 μl για πιπέτεςBrand	πακέτο των 1000 τεμαχίων	20	A XY ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β	12,00	240,00
26	Ρύγχη πιπέτας	Ρύγχη 1-10 ml για πιπέτεςBrand	πακέτο των 100 τεμαχίων	20	A XY ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β	30,00	600,00
27	Ρύγχη πιπέτας	Ρύγχηγιαπιπέτα, Eppendorf, 0.1 – 5 mL, 120 mm, violet, 500 tips (5 bags x 100 tips) epT.I.P.S.* Standard, Eppendorf Quality™	πακέτο των 500 τεμαχ.	7	1) B XY ΑΘΗΝΩΝ (3) 2) A XY ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β (4)	80,00	560,00

ΥΧ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Σελίδα 12/20

ΕΝΤΥΠΟ:ΕΝΤ 02 00 8.01 02/Έκδοση 4/

ΓΧΚ, Τμήμα Σχεδιασμού και Ποιότητας

Ημ/νία Έκδοσης : 07/02/2025

28	Ρύγχη πιπέτας	Ρύγχη πλαστικά 0.5- 5 ml με κωδικό 702600 για αυτόματη πιπέτα ρυθμιζόμενου όγκου BrandTransferpette S ή ισοδύναμο	πακέτο των 1000 τεμαχίων	1	Β ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ	120,00	120,00
29	Ρύγχη πιπέτας	Ρύγχη πλαστικά 5-200 μL με κωδικό 732008 για αυτόματη πιπέτα ρυθμιζόμενου όγκου BrandTransferpette S ή ισοδύναμο	πακέτο των 1000 τεμαχίων	16	1) Β ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ (1) 2) Α ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β (15)	20,00	320,00
30	Ρύγχη πιπέτας γυάλινα	Ρύγχη γάλινα 10- 200μl με κωδικό 701910 για αυτόματη πιπέταBrandTransferpettor	πακέτο των 50 τεμαχίων	20	ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ	40,00	800,00
31	Ρύγχη πιπέτας γυάλινα	Ρύγχη γάλινα 10- 50 μl με κωδικό 701908 για αυτόματη πιπέταBrandTransferpettor	πακέτο των 100 τεμαχίων	20	ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ	40,00	800,00
32	Ρύγχη πιπέτας γυάλινα	Ρύγχη γάλινα 5- 25 μl για αυτόματη πιπέταBrandTransferpettor	πακέτο των 100 τεμαχίων	10	ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ	40,00	400,00
		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ		464			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ							30.000, 00
+ΦΠΑ 24%							7.200,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΦΠΑ							37.200,00

ΥΧ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Σελίδα 13/20

ΕΝΤΥΠΟ:ΕΝΤ 02 00 8.01 02/Έκδοση 4/

ΓΧΚ, Τμήμα Σχεδιασμού και Ποιότητας

Ημ/νία Έκδοσης : 07/02/2025

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

της υπ' αριθμόν 30/002/000/4418/2025. Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την προμήθεια εργαστηριακών μηχανικών σιφωνίων και ρυγχών, για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Γ.Χ.Κ.

ΤΕΧΝΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ	
ΤΗΛΕΦΩΝΑ / E-MAIL	
ΑΦΜ – ΔΟΥ	
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ	
Α.Δ.Τ. (Νόμιμου εκπροσώπου)	
Υπεύθυνος Επικοινωνίας	
Ισχύς προσφοράς	

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ /ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ (€, προ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΙΔΟΥΣ (€, προ ΦΠΑ)
1	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ	Αυτόματη πιπέτα αναρρόφησης πολλαπλών εγχύσεων, η οποία δηλαδή έχει τη δυνατότητα με ανάλογη ρύθμιση, να εγχύει τον συνολικό όγκο δείγματος που απορρόφησε, σε περισσότερες της μία δόσεις- εγχύσεις ίσου όγκου από 1μL έως 10mL. Να διαθέτει μετρητή επαναλήψεων (stepcounter). Να μπορεί να δεχθεί διαφορετικά ρύγχη που να καλύπτουν όγκους 1 μL–10 mL. Να συνοδεύεται από ακροφύσια (tips) μιας χρήσης όγκου έως 5ml (πακέτο 100 τεμαχίων) του ίδιου κατασκευαστικού οίκου. Να φέρει εγγύηση ενός έτους από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Αυτόματη πιπέτα αναρρόφησης πολλαπλών εγχύσεων, η οποία δηλαδή έχει τη δυνατότητα με ανάλογη ρύθμιση, να εγχύει τον συνολικό όγκο δείγματος που απορρόφησε, σε περισσότερες της μία δόσεις- εγχύσεις ίσου όγκου από 1μL έως 10mL. Να διαθέτει μετρητή επαναλήψεων (stepcounter). Να μπορεί να δεχθεί διαφορετικά ρύγχη που να καλύπτουν όγκους 1 μL–10 mL. Να συνοδεύεται από ακροφύσια (tips) μιας χρήσης όγκου έως 5ml (πακέτο 100 τεμαχίων) του ίδιου κατασκευαστικού οίκου. Να φέρει εγγύηση ενός έτους από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Αυτόματη πιπέτα αναρρόφησης πολλαπλών εγχύσεων, η οποία δηλαδή έχει τη δυνατότητα με ανάλογη ρύθμιση, να εγχύει τον συνολικό όγκο δείγματος που απορρόφησε, σε περισσότερες της μία δόσεις- εγχύσεις ίσου όγκου από 1μL έως 10mL. Να διαθέτει μετρητή επαναλήψεων (stepcounter). Να μπορεί να δεχθεί διαφορετικά ρύγχη που να καλύπτουν όγκους 1 μL–10 mL. Να συνοδεύεται από ακροφύσια (tips) μιας χρήσης όγκου έως 5ml (πακέτο 100 τεμαχίων) του ίδιου κατασκευαστικού οίκου. Να φέρει εγγύηση ενός έτους από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Αυτόματη πιπέτα	1τεμάχιο	Β ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Α (1)			

ΥΧ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Σελίδα 14/20

ΕΝΤΥΠΟ: ΕΝΤ 02 00 8.01 02/Εκδοση 4/

ΓΧΚ, Τμήμα Σχεδιασμού και Ποιότητας

Ημ/νία Έκδοσης : 07/02/2025

		αναρρόφησης πολλαπλών εγχύσεων, η οποία δηλαδή έχει τη δυνατότητα με ανάλογη ρύθμιση, να εγχύει τον συνολικό όγκο δείγματος που απορρόφησε, σε περισσότερες της μία δόσεις- εγχύσεις ίσου όγκου από 1μL έως 10mL. Να διαθέτει μετρητή επαναλήψεων (stercounter). Να μπορεί να δεχθεί διαφορετικά ρύγχη που να καλύπτουν όγκους 1 μL–10 mL. Να συνοδεύεται από ακροφύσια (tips) μιας χρήσης όγκου έως 5ml (πακέτο 100 τεμαχίων) του ίδιου κατασκευαστικού οίκου. Να φέρει εγγύηση ενός έτους από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.					
2	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ	Μεταβλητού όγκου 0,5-5ml κατάλληλη για υδατικά κλπ συναφή διαλύματα, με βήμα ρύθμισης 5 μL, ακρίβεια maxvol(±R%)0.6, επαναληψιμότηταmaxvol(≤CV%) 0.15. Να συμμορφώνεται με το ISO 8655 ως προς την ακρίβεια και την πιστότητα. Να συνοδεύεται από σχετικό πιστοποιητικό. Να συνοδεύεται από τα κατάλληλα ακροφύσια (tips) μιας χρήσης (πακέτο 500 τεμαχίων) του ίδιου κατασκευαστικού οίκου. Να φέρει εγγύηση ενός έτους από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.	9τεμάχια	1) Α ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β (1) 2) Α ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ (1) 3) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (1) 4) ΧΥ ΠΕΛ/ΣΟΥ Δ.ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (1) 5) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ (1) 6) Β ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ (4)			
3	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ	Μεταβλητού όγκου 0.25-2.5ml κατάλληλη για υδατικά κλπ συναφή διαλύματα, με βήμα ρύθμισης 2 μL, ακρίβεια maxvol(±R%)0.6, επαναληψιμότηταmaxvol(≤CV%) 0.2. Να συμμορφώνεται με το ISO 8655 ως προς την ακρίβεια και την πιστότητα. Να συνοδεύεται από σχετικό πιστοποιητικό. Να συνοδεύεται από τα κατάλληλα ακροφύσια (tips) μιας χρήσης (πακέτο 500 τεμαχίων) του ίδιου κατασκευαστικού οίκου. Να φέρει εγγύηση ενός έτους από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.	2τεμάχια	1) ΧΥ ΠΕΛ/ΣΟΥ Δ.ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ (1) 2) Α ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β (1)			
4	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ	Μεταβλητού όγκου 100-1000μl κατάλληλη για υδατικά κλπ συναφή διαλύματα, με βήμα ρύθμισης 1 μL, ακρίβεια maxvol(±R%)0.6, επαναληψιμότηταmaxvol(≤CV%) 0.2. Να συμμορφώνεται με το ISO 8655 ως προς την ακρίβεια και την πιστότητα. Να συνοδεύεται από σχετικό πιστοποιητικό. Να συνοδεύεται από τα κατάλληλα ακροφύσια (tips) μιας χρήσης (πακέτο 1000 τεμαχίων) του ίδιου κατασκευαστικού οίκου. Να φέρει εγγύηση ενός έτους από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.	17τεμάχια	1) ΧΥ ΠΕΛ/ΣΟΥ Δ.ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ (1) 2) Α ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β (1) 3) Α ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ (1) 4) Β ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ (1) 5) ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (3) 6) Α ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ (1) 7) ΧΥ ΠΕΛ/ΣΟΥ Δ.ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (1) 8) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΥΤ.ΓΡ. ΧΥ ΧΙΟΥ (1) 9) ΧΥ ΚΡΗΤΗΣ (1) 10) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ (1) 11) Β ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ (4)			

				12) ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (1)			
5	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ	Μεταβλητού όγκου 100-500μL, με ακρίβεια $\max\text{vol}(\leq \pm R\%)$ 0.5, επαναληψιμότητα $\max\text{vol}(\leq \text{CV}\%)$ 0.2. Να λειτουργούν με την αρχή της θετικής μετατόπισης, ώστε να είναι κατάλληλες για χειρισμό: • υγρών με ιξώδες έως 140.000 mm² / sec (ανάλογα και με τον όγκο) π.χ. λάδια, ρητίνες και λίπη. • διαλυτών με υψηλή τάση ατμών έως 500mbar (αλκοόλες, αιθέρες, υδρογονάνθρακες κ.λπ.) • υλικών με υψηλή πυκνότητα έως 13,6 g / cm³ (π.χ. υδράργυρος και θειικό οξύ) • υλικών που τείνουν να αφρίζουν (επιφανειοδραστικά διαλύματα). Να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε θερμοκρασίες από 15°C έως 40°C. Να συνοδεύεται από τα κατάλληλα ακροφύσια (tips) μιας χρήσης (πακέτο 10 τεμαχίων) .	2τεμάχια	1) ΧΥ ΣΕΡΡΩΝ (1) 2) ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (1)			
6	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ	Μεταβλητού όγκου 10-50μL με ακρίβεια $\max\text{vol}(\leq \pm R\%)$ 0.6, επαναληψιμότητα $\max\text{vol}(\leq \text{CV}\%)$ 0.4. Να λειτουργούν με την αρχή της θετικής μετατόπισης, ώστε να είναι κατάλληλες για χειρισμό: • υγρών με ιξώδες έως 140.000 mm² / sec (ανάλογα και με τον όγκο) π.χ. λάδια, ρητίνες και λίπη. • διαλυτών με υψηλή τάση ατμών έως 500mbar (αλκοόλες, αιθέρες, υδρογονάνθρακες κ.λπ.) • υλικών με υψηλή πυκνότητα έως 13,6 g / cm³ (π.χ. υδράργυρος και θειικό οξύ) • υλικών που τείνουν να αφρίζουν (επιφανειοδραστικά διαλύματα). Να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε θερμοκρασίες από 15°C έως 40°C. Να συνοδεύονται από τα κατάλληλα ακροφύσια (tips) μιας χρήσης (πακέτο 1000 τεμαχίων) .	1τεμάχιο	ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (1)			
7	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ	Μεταβλητού όγκου 10-100 μl κατάλληλη για υδατικά κλπ συναφή διαλύματα, με βήμα ρύθμισης 0.1 μL, ακρίβεια $\max\text{vol}(\leq \pm R\%)$ 0.8, επαναληψιμότητα $\max\text{vol}(\leq \text{CV}\%)$ 0.2. Να συμμορφώνεται με το ISO 8655 ως προς την ακρίβεια και την πιστότητα. Να συνοδεύεται από σχετικό πιστοποιητικό. Να συνοδεύεται από τα κατάλληλα ακροφύσια (tips) μιας χρήσης (πακέτο 1000 τεμαχίων) του ίδιου κατασκευαστικού οίκου. Να φέρει εγγύηση ενός έτους από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.	8τεμάχια	1) Α ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β (1) 2) Α ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ (1) 3) Β ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ (1) 4) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΥΤ.ΓΡ. ΧΥ ΧΙΟΥ (1) 5) ΧΥ ΚΡΗΤΗΣ (1) 6) Β ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ (2) 7) ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (1)			
8	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ	Μεταβλητού όγκου 1-10ml κατάλληλη για υδατικά κλπ συναφή διαλύματα, με βήμα ρύθμισης 10 μL, ακρίβεια $\max\text{vol}(\leq \pm R\%)$ 0.6, επαναληψιμότητα $\max\text{vol}(\leq \text{CV}\%)$ 0.15. Να συμμορφώνεται με το ISO 8655 ως προς την ακρίβεια και την πιστότητα. Να συνοδεύεται από σχετικό πιστοποιητικό. Να συνοδεύεται από τα κατάλληλα ακροφύσια (tips) μιας χρήσης (πακέτο 200 τεμαχίων) του ίδιου κατασκευαστικού οίκου. Να φέρει εγγύηση ενός έτους από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.	4τεμάχια	1) Α ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β (1) 2) Α ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ (1) 3) Β ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β (1) 4) ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (1)			

9	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ	Μεταβλητού όγκου 200-1000μL με ακρίβεια $\max\text{vol}(\leq \pm R\%)$ 0.5, επαναληψιμότητα $\max\text{vol}(\leq \text{CV}\%)$ 0.2. Να λειτουργούν με την αρχή της θετικής μετατόπισης, ώστε να είναι κατάλληλες για χειρισμό: • υγρών με ιξώδες έως 140.000 mm^2 / sec (ανάλογα και με τον όγκο) π.χ. λάδια, ρητίνες και λίπη. • διαλυτών με υψηλή τάση ατμών έως 500mbar (αλκοόλες, αιθέρες, υδρογονάνθρακες κ.λπ.) • υλικών με υψηλή πυκνότητα έως 13,6 g / cm^3 (π.χ. υδράργυρος και θειικό οξύ) • υλικών που τείνουν να αφρίζουν (επιφανειοδραστικά διαλύματα). Να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε θερμοκρασίες από 15°C έως 40°C. Να συνοδεύεται από τα κατάλληλα ακροφύσια (tips) μιας χρήσης (πακέτο 10 τεμαχίων) .	4τεμάχια	1) ΧΥ ΣΕΡΡΩΝ (2) 2) Β ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β (1) 3) ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (1)			
10	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ	Μεταβλητού όγκου 20-100μL, με ακρίβεια $\max\text{vol}(\leq \pm R\%)$ 0.6, επαναληψιμότητα $\max\text{vol}(\leq \text{CV}\%)$ 0.4. Να λειτουργούν με την αρχή της θετικής μετατόπισης, ώστε να είναι κατάλληλες για χειρισμό: • υγρών με ιξώδες έως 140.000 mm^2 / sec (ανάλογα και με τον όγκο) π.χ. λάδια, ρητίνες και λίπη. • διαλυτών με υψηλή τάση ατμών έως 500mbar (αλκοόλες, αιθέρες, υδρογονάνθρακες κ.λπ.) • υλικών με υψηλή πυκνότητα έως 13,6 g / cm^3 (π.χ. υδράργυρος και θειικό οξύ) • υλικών που τείνουν να αφρίζουν (επιφανειοδραστικά διαλύματα). Να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε θερμοκρασίες από 15°C έως 40°C. Να συνοδεύεται από τα κατάλληλα ακροφύσια (tips) μιας χρήσης (πακέτο 50 τεμαχίων) .	1τεμάχιο	Β ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β (1)			
11	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ	Μεταβλητού όγκου 20-200 μl κατάλληλη για υδατικά κλπ συναφή διαλύματα, με βήμα ρύθμισης 0.2 μl, ακρίβεια $\max\text{vol}(\leq \pm R\%)$ 0.6, επαναληψιμότητα $\max\text{vol}(\leq \text{CV}\%)$ 0.2. Να συμμορφώνεται με το ISO 8655 ως προς την ακρίβεια και την πιστότητα. Να συνοδεύεται από σχετικό πιστοποιητικό. Να συνοδεύεται από τα κατάλληλα ακροφύσια (tips) μιας χρήσης (πακέτο 1000 τεμαχίων) του ίδιου κατασκευαστικού οίκου. Να φέρει εγγύηση ενός έτους από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.	4τεμάχια	1) Α ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β (1) 2) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ (1) 3) Β ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Α (1) 4) ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (1)			
12	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ	Μεταβλητού όγκου 2-20μl κατάλληλη για υδατικά κλπ συναφή διαλύματα, με βήμα ρύθμισης 0,02μl, ακρίβεια $\max\text{vol}(\leq \pm R\%)$ 1.0, επαναληψιμότητα $\max\text{vol}(\leq \text{CV}\%)$ 0.3. Να συμμορφώνεται με το ISO 8655 ως προς την ακρίβεια και την πιστότητα. Να συνοδεύεται από σχετικό πιστοποιητικό. Να συνοδεύεται από τα κατάλληλα ακροφύσια (tips) μιας χρήσης (πακέτο 1000 τεμαχίων) του ίδιου κατασκευαστικού οίκου. Να φέρει εγγύηση ενός έτους από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.	3τεμάχια	1) ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (1) 2) ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (1) 3) Α ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β (1)			
13	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ	Ψηφιακή προχοΐδα (DigitalBurette) Υποδιαίρεση: 0,01 ml, Ακρίβεια: $\pm 0,03$ ml. Μέγεθος σπειρώματος: GL45. Με περιστρεφόμενη βαλβίδα για ασφάλεια.	1τεμάχια	ΧΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ- ΑΥΤ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΞΑΝΘΗΣ			
14	Ρύγχη για πολυκάνηληπιπέτα	Ρύγχη 5-300 μl , κατάλληλα για την πολυκάνηληπιπέτα Thermo Scientific Finnpiette FP-digital MCP12 (50-300 μl) και FP-focus MCP8 (30-300 μl).	60rack των 96 τεμαχίων	Α ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β (60)			

ΥΧ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Σελίδα 17/20

ΕΝΤΥΠΟ:ΕΝΤ 02 00 8.01 02/Εκδοση 4/

ΓΧΚ, Τμήμα Σχεδιασμού και Ποιότητας

Ημ/νία Έκδοσης : 07/02/2025

15	Ρύγχη με φίλτρο	Ρύγχη με φίλτρο 100-1000 μl για αυτόματη πιπέτα GILSON αποστειρωμένα, DNase/RNasefree, με πιστοποίηση IVD και κατασκευασμένα σύμφωνα με το πρότυπο ISO 8655.	40rack των 96 τεμαχίων	A XY ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β (40)			
16	Ρύγχη με φίλτρο	Ρύγχη με φίλτρο 20-200 μl για αυτόματη πιπέτα GILSON αποστειρωμένα, DNase/RNasefree, με πιστοποίηση IVD και κατασκευασμένα σύμφωνα με το πρότυπο ISO8655.	40rack των 96 τεμαχίων	A XY ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β (40)			
17	Ρύγχη με φίλτρο	Ρύγχη με φίλτρο 2-30 μl για αυτόματη πιπέτα GILSON αποστειρωμένα, DNase/RNasefree, με πιστοποίηση IVD και κατασκευασμένα σύμφωνα με το πρότυπο ISO 8655.	60rack των 96 τεμαχίων	A XY ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β (60)			
18	Ρύγχη με φίλτρο	Ρύγχη με φίλτρο 5 - 100 μl για αυτόματη πιπέτα Gilson αποστειρωμένα, DNase/RNasefree, με πιστοποίηση IVD και κατασκευασμένα σύμφωνα με το ISO8655.	30rack των 96 τεμαχίων	A XY ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β (30)			
19	Ρύγχη πιπέτας	Ρύγχηγιαπιπέττα, Eppendorf, 1 – 10 mL, 120 mm, epT.I.P.S.® Standard, Eppendorf Quality™	30πακέτα των 200 τεμαχίων	A XY ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β (30)			
20	Ρύγχη πιπέτας	Ρύγχηγιαπιπέττα, Eppendorf, epTIPS Standard, 0.5 to 10 ml, length 165 mm, loose, packing - 2 bags of 100	1πακέτο των 200 τεμαχίων	XY ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΥΤ.ΓΡ. XY ΣΑΜΟΥ (1)			
21	Ρύγχη πιπέτας	Ρύγχηγιαπιπέττα, Eppendorf, epT.I.P.S., racks, 0.2 to 5 ml L, GLP version, 5 racks of 24 tips sterile	1πακέτο των 5 X 24 racks	XY ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΥΤ.ΓΡ. XY ΣΑΜΟΥ (1)			
22	Ρύγχη πιπέτας	Ρύγχηγιαπιπέττα, Eppendorf, 50 – 1000 μL, 71 mm, blue, blue tips, epT.I.P.S.® Standard, Eppendorf Quality™	15πακέτα των 1000 τεμαχίων	1) XY ΠΕΙΡΑΙΑ (2) 2) XY ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (3) 3) XY ΠΕΛ/ΣΟΥ Δ.ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ (5) 4) A XY ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β (5)			
23	Ρύγχη πιπέτας	Ρύγχηγιαπιπέττα, Eppendorf, 2 – 200 μL, 53 mm, yellow, yellow tips, epT.I.P.S.® Standard, Eppendorf Quality™	11πακέτα των 1000 τεμαχίων	1) XY ΠΕΙΡΑΙΑ (2) 2) XY ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (3) 3) XY ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ XY ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (1) 4) B XY ΑΘΗΝΩΝ (1) 5) A XY ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β (4)			
24	Ρύγχη πιπέτας	Ρύγχη 0-10 μl για πιπέτεςBrand	5πακέτα των 1000 τεμαχίων	A XY ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β			
25	Ρύγχη πιπέτας	Ρύγχη 100-1000 μl για πιπέτεςBrand	20πακέτα των 1000 τεμαχίων	A XY ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β			
26	Ρύγχη πιπέτας	Ρύγχη 1-10 ml για πιπέτεςBrand	20πακέτα των 100 τεμαχίων	A XY ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β			
27	Ρύγχη πιπέτας	Ρύγχηγιαπιπέττα, Eppendorf, 0.1 – 5 mL, 120 mm, violet, 500 tips (5 bags × 100 tips) epT.I.P.S.® Standard, Eppendorf Quality™	7πακέτα των 500 τεμαχίων	1) B XY ΑΘΗΝΩΝ (3) 2) A XY ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β (4)			

ΥΧ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Σελίδα 18/20

ΕΝΤΥΠΟ:ΕΝΤ 02 00 8.01 02/Εκδοση 4/

ΓΧΚ, Τμήμα Σχεδιασμού και Ποιότητας

Ημ/νία Έκδοσης : 07/02/2025

28	Ρύγχη πιπέτας	Ρύγχη πλαστικά 0.5- 5 ml με κωδικό 702600 για αυτόματη πιπέτα ρυθμιζόμενου όγκου BrandTransferpette S ή ισοδύναμο	1πακέτο των 1000 τεμαχίων	B ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ			
29	Ρύγχη πιπέτας	Ρύγχη πλαστικά 5-200 μl με κωδικό 732008 για αυτόματη πιπέτα ρυθμιζόμενου όγκου BrandTransferpette S ή ισοδύναμο	16πακέτα των 1000 τεμαχίων	1) B ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ (1) 2) A ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β (15)			
30	Ρύγχη πιπέτας γυάλινα	Ρύγχη γυάλινα 10- 200μl με κωδικό 701910 για αυτόματη πιπέταBrandTransferpettor	20πακέτα των 50 τεμαχίων	ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ			
31	Ρύγχη πιπέτας γυάλινα	Ρύγχη γυάλινα 10- 50 μl με κωδικό 701908 για αυτόματη πιπέταBrandTransferpettor	20πακέτα των 100 τεμαχίων	ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ			
32	Ρύγχη πιπέτας γυάλινα	Ρύγχη γυάλινα 5- 25 μl για αυτόματη πιπέταBrandTransferpettor	10πακέτα των 100 τεμαχίων	ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ			

<ΠΟΛΗ>.....,/..../.....

Για τον Προσφέροντα:

.....

Υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου

ΥΧ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Σελίδα 19/20

ΕΝΤΥΠΟ:ΕΝΤ 02 00 8.01 02/Έκδοση 4/

ΓΧΚ, Τμήμα Σχεδιασμού και Ποιότητας

Ημ/νία Έκδοσης : 07/02/2025

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):	ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ						
Ο – Η Όνομα:				Επώνυμο:			
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ :							
Τόπος Γέννησης:							
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:			
Τόπος Κατοικίας:			Οδός:			Αριθ:	ΤΚ:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):				Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου(Email):			

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: Ως(4) της εταιρείας/ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «.....» και το διακριτικό τίτλο «.....» που εδρεύει στην , στην οδό , Τ.Κ. με Α.Φ.Μ.: , Δ.Ο.Υ.:

A. αποδέχομαι τους όρους της παρούσας και ότι τα είδη που προσφέρονται έχουν τις ζητούμενες προδιαγραφές, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Α' της παρούσας πρόσκλησης.

B1. δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα:

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 2 παρ. 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000.
- τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008.
- παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον ν. 4198/2013.

B2. δεν έχει εκδοθεί σε βάρος μου απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

B3. δεν τελώ σε πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

B4. έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής).

Γ. αναλαμβάνω την υποχρέωση προσκόμισης των παρακάτω πιστοποιητικών για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού, εφόσον ζητηθεί.

1) απόσπασμα ποινικού μητρώου, 2) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, 3) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας,

Ημερομηνία: _____

Ο Δηλών- Εξουσιοδοτών

(Υπογραφή-ημερομηνία)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

ΥΧ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Σελίδα 20/20

ΕΝΤΥΠΟ:ΕΝΤ 02 00 8.01 02/Έκδοση 4/

ΓΧΚ, Τμήμα Σχεδιασμού και Ποιότητας

Ημ/νία Έκδοσης : 07/02/2025