



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Διεύθυνση: Αν. Τσόχα 16

Ταχ. Κώδικας: 115 21

Πληροφορίες: Σ. Μακροπούλου

Τηλέφωνο: 210 6479268

e-mail: support.gcsI@aade.gr

Αθήνα, 20/06/2025

Αρ. Πρωτ. 30/002/000/5252

ΠΡΟΣ:

Κάθε ενδιαφερόμενο

Θέμα: Διευκρινίσεις επί της υπ' αρ. 30/002/000/5041/2025 διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια μετρητών γκαϊγκερ, για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Γ.Χ.Κ. (Αρ. Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 373448)

Με το παρόν ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους σχετικά με διευκρίνιση που αναφέρεται σε διόρθωση σφάλματος και η οποία πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη προσφοράς από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς:

- Στη σελίδα 38 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, σημείο Α.11 των προδιαγραφών διορθώνεται το εσφαλμένο «Να έχει θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας από – **200 C** έως + **500 C** τουλάχιστον και δυνατότητα λειτουργίας σε σχετική υγρασία τουλάχιστον 80%» στο ορθό «Να έχει θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας από –**20 °C** έως +**50 °C** τουλάχιστον και δυνατότητα λειτουργίας σε σχετική υγρασία τουλάχιστον 80%.»

Η παραπάνω διόρθωση ενσωματώνεται αντίστοιχα και στον «ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» του Παραρτήματος Α' της διακήρυξης και συγκεκριμένα:

- Στη σελίδα 40 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, σημείο Α.11 των προδιαγραφών διορθώνεται το εσφαλμένο «Να έχει θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας από – **200 C** έως + **500 C** τουλάχιστον και δυνατότητα λειτουργίας σε σχετική υγρασία τουλάχιστον 80%» στο ορθό Να έχει θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας από –**20 °C** έως +**50 °C** τουλάχιστον και δυνατότητα λειτουργίας σε σχετική υγρασία τουλάχιστον 80%.

Το έγγραφο θα δημοσιευθεί στη διεύθυνση www.aade.gr/gcsI, στον σύνδεσμο Προκηρύξεις Γενικού Χημείου και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. www.promitheus.gov.gr, ως επισυναπτόμενο αρχείο του διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 373448.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της αριθ. 30/002/000/5041/2025 διακήρυξης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Σ.ΜΑΚΕΔΟΝΟΠΟΥΛΟΥ