



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ.Χ.Κ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α' ΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: Αν. Τσόχα 16

Ταχ. Κώδικας: 115 21

Πληροφορίες: Μ. Καρυδοπούλου

Τηλέφωνο: 210 6479125

e-mail: support.gcs1@aaade.gr

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματική διευκρίνιση επί της υπ' αριθμό οικ. ΔΣΥΠΕ Α 439188 ΕΞ 2026/26-05-2026 διακήρυξης (αρ. ηλ. Διαγωνισμού: 464105), του ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την προμήθεια διαφόρων φίλτρων εργαστηριακής χρήσης για τις ανάγκες των εργαστηρίων του ΓΧΚ.

Σχετ.: 1. Η με αρ. πρ. οικ. ΔΣΥΠΕ Α 439188 ΕΞ 2026/26-05-2026 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 26PROC019102395 2026-05-27, ΑΔΑ: 9ΗΦ146ΜΠ3Ζ-Ι3Χ).
2. Τα από 2/6/2026, 3/6/2026 και 6/6/2026 αιτήματα διευκρινίσεων των υποψήφιων προμηθευτών υποβληθέντα μέσω της εφαρμογής ΕΣΗΔΗΣ.

Παρατίθενται διευκρινίσεις, που αφορούν στα είδη με α/α 48, 49, 50, 51, 52, 53, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 της υπ' αριθμ. οικ. ΔΣΥΠΕ Α 439188 ΕΞ 2026/26-05 2026 διακήρυξης (αρ. ηλ. Διαγωνισμού: 464105), οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη σύνταξη προσφοράς από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς.

Στους πίνακες των επιμέρους παραδόσεων και συγκεκριμένα στη στήλη ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ προστίθεται η επιλογή κάθε Χημικής Υπηρεσίας σε υδρόφιλο ή υδρόφοβο φίλτρο που εκ παραδρομής δεν συμπεριλήφθηκε (η προσθήκη επισημαίνεται με έντονη γραφή).

Η στήλη «ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ» των γραμμών με α/α 48, 49, 50, 51, 52, 53, 67, 68, 69, 70, 71,72, 73, 74 του Πίνακα Α1. Τεχνικές προδιαγραφές και Πίνακα Α2. Πίνακας συμμόρφωσης διαμορφώνεται ως εξής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: Α1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – Α2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
48	Φίλτρα μεμβράνης	Φίλτρα μεμβράνης PTFE, διαμέτρου 13 mm και με πόρους διαμέτρου 0,22 μm.	πακέτο των 100 τεμαχίων	3	1) Β΄ ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ (1) (ΥΔΡΟΦΙΛΟ)
					2) Α΄ ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β΄ (2) (ΥΔΡΟΦΙΛΟ)

49	Φίλτρα μεμβράνης	Φίλτρα μεμβράνης PTFE, διαμέτρου 13 mm και με πόρους διαμέτρου 0,45 μm.	πακέτο των 100 τεμαχίων	4	1) Β΄ ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ (1) (ΥΔΡΟΦΙΛΟ)
					2) Α΄ ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β΄ (2) (ΥΔΡΟΦΙΛΟ)
					3) ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (1) (ΥΔΡΟΦΟΒΟ)
50	Φίλτρα μεμβράνης	Φίλτρα μεμβράνης PTFE, διαμέτρου 25mm, με πόρους διαμέτρου 0,45 μm.	πακέτο των 100 τεμαχίων	3	Α΄ ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β΄ (ΥΔΡΟΦΙΛΟ)
51	Φίλτρα μεμβράνης	Φίλτρα μεμβράνης PTFE, διαμέτρου 47mm, με πόρους διαμέτρου 0,45 μm.	πακέτο των 100 τεμαχίων	5	1) ΧΥ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΚΑΒΑΛΑΣ (1) (ΥΔΡΟΦΙΛΟ)
					2) Α΄ ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β (2) (ΥΔΡΟΦΙΛΟ)
					3) ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (2) (ΥΔΡΟΦΙΛΟ)
52	Φίλτρα μεμβράνης	Φίλτρα μεμβράνης PVDF, διαμέτρου 13 mm και με πόρους διαμέτρου 0,22 μm.	πακέτο των 100 τεμαχίων	3	Α΄ ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β΄ (ΥΔΡΟΦΙΛΟ)
53	Φίλτρα μεμβράνης	Φίλτρα μεμβράνης PVDF, διαμέτρου 13 mm και με πόρους διαμέτρου 0,45 μm.	πακέτο των 100 τεμαχίων	3	Α΄ ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β΄ (ΥΔΡΟΦΙΛΟ)
67	Φίλτρα σύριγγας PTFE	Φίλτρα σύριγγας PTFE, διαμέτρου 13-15 mm, με πόρους διαμέτρου 0,22 μm.	πακέτο των 100 τεμαχίων	16	1) Β΄ ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ (3) (ΥΔΡΟΦΙΛΟ)
					2) ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (5) (ΥΔΡΟΦΙΛΟ)
					3) ΧΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (4) (ΥΔΡΟΦΙΛΟ)
					4) Α΄ ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β΄ (4) (ΥΔΡΟΦΙΛΟ)
68	Φίλτρα σύριγγας PTFE	Φίλτρα σύριγγας PTFE, διαμέτρου 13-15 mm, με πόρους διαμέτρου 0,45 μm.	πακέτο των 100 τεμαχίων	30	1) ΧΥ ΠΕΛ/ΣΟΥ Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (3) (ΥΔΡΟΦΟΒΟ)
					2) ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (5) (ΥΔΡΟΦΙΛΟ)
					3) Χ.Υ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (3) (ΥΔΡΟΦΟΒΟ)
					4) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ (2) (ΥΔΡΟΦΟΒΟ)
					5) Β΄ ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ΄ (5) (ΥΔΡΟΦΟΒΟ)
					6) ΧΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (4) (ΥΔΡΟΦΙΛΟ)
					7) Α΄ ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β (8) (ΥΔΡΟΦΙΛΟ)

69	Φίλτρα σύριγγας PTFE	Φίλτρα σύριγγας PTFE, διαμέτρου 25-33 mm, με πόρους διαμέτρου 0,45 μm.	πακέτο των 100 τεμαχίων	23	1) ΧΥ ΠΕΛ/ΣΟΥ. Δ.ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (2) (ΥΔΡΟΦΙΛΟ)
					2) ΧΥ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΚΑΒΑΛΑΣ (1) (ΥΔΡΟΦΙΛΟ)
					3) ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (2) (ΥΔΡΟΦΙΛΟ)
					4) Α΄ ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Α΄ (7) (ΥΔΡΟΦΙΛΟ)
					5) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ (1) (ΥΔΡΟΦΟΒΟ)
					6) ΧΥ ΛΑΡΙΣΑΣ (3) (ΥΔΡΟΦΙΛΟ)
					7) Α΄ ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β΄ (2) (ΥΔΡΟΦΙΛΟ)
					8) ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (5) (ΥΔΡΟΦΙΛΟ)
70	Φίλτρα σύριγγας PVDF	Φίλτρα σύριγγας PVDF, διαμέτρου 13-15mm, με πόρους διαμέτρου 0,22 μm.	πακέτο των 100 τεμαχίων	12	1) ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (5) (ΥΔΡΟΦΙΛΟ)
					2) ΧΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (4) (ΥΔΡΟΦΙΛΟ)
					3) Α΄ ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β΄ (2) (ΥΔΡΟΦΙΛΟ)
					4) ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (1) (ΥΔΡΟΦΟΒΟ)
71	Φίλτρα σύριγγας PVDF	Φίλτρα σύριγγας PVDF, διαμέτρου 13-15mm, με πόρους διαμέτρου 0,45 μm.	πακέτο των 100 τεμαχίων	15	1) ΧΥ ΠΕΛ/ΣΟΥ. Δ.ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ (ΠΑΤΡΑ) (3) (ΥΔΡΟΦΟΒΟ)
					2) ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (5) (ΥΔΡΟΦΙΛΟ)
					3) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ (1) (ΥΔΡΟΦΙΛΟ)
					4) ΧΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (4) (ΥΔΡΟΦΙΛΟ)
					5) Α΄ ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β΄ (2) (ΥΔΡΟΦΙΛΟ)
72	Φίλτρα σύριγγας PVDF	Φίλτρα σύριγγας PVDF, διαμέτρου 25-33mm, με πόρους διαμέτρου 0,45 μm.	πακέτο των 500 τεμαχίων	5	1) ΧΥ ΠΕΛ/ΣΟΥ. Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ (ΠΑΤΡΑ) (2) (ΥΔΡΟΦΟΒΟ)
					2) Β΄ ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ΄ (2) (ΥΔΡΟΦΙΛΟ)
					3) Α΄ ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β΄ (1) (ΥΔΡΟΦΙΛΟ)
73	Φίλτρα σύριγγας RC	Φίλτρα σύριγγας 13 mm με μεμβράνη αναγεννημένης κυτταρίνης διαμέτρου πόρων 0,45 μm.	πακέτο των 100 τεμαχίων	3	1) ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (2) (ΥΔΡΟΦΙΛΟ)
					2) ΧΥ ΚΡΗΤΗΣ (1) (ΥΔΡΟΦΙΛΟ)
74	Φίλτρα σύριγγας RC	Φίλτρα σύριγγας 25 mm με μεμβράνη αναγεννημένης κυτταρίνης διαμέτρου πόρων 0,22-0,25 μm.	πακέτο των 100 τεμαχίων	5	Α΄ ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Α΄ (ΥΔΡΟΦΙΛΟ)

Σημειώνεται ότι ο προσδιορισμός σε υδρόφιλο ή υδρόφοβο είναι διευκρινιστικού χαρακτήρα και δεν επηρεάζει την τεχνική προδιαγραφή του είδους, έτσι όπως αποτυπώνεται στην Διακήρυξη, ούτε το προϋπολογισθέν κόστος αυτού.

Οι διευκρινίσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι τεχνικές απαιτήσεις που περιγράφονται στην υπ' αριθμό οικ. ΔΣΥΠΕ Α 439188 ΕΞ 2026/26-05 2026 διακήρυξη.

Το έγγραφο θα δημοσιευθεί στην διεύθυνση <https://www.aade.gr/gcsl/prokirixeis> και <http://www.aade.gr/prokeryxeis-diagonismoι> και θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. www.promitheus.gov.gr (στο διαγωνισμό 464105).

**Η Προϊσταμένη του τμήματος Α΄
της Δ.Σ.ΥΠ.Ε.**

Στυλιανή Μακεδονοπούλου

-